

**Протокол №2**

**Об итогах закупки изделий медицинского назначения способом «Запроса ценовых предложений»  
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021года № 375**

Дата протокола 20.12.2021г. 14:00

1. **Наименование заказчика:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 24" Управления общественного здоровья города Алматы

2. **Наименование закупки:** Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга

3. **Дата начала приема заявок:** 07.12.2021г.

4. **Дата окончания приема заявок:** 14.12.2021г. до 09:00

5. **Адрес:** г. Алматы, ул. Земнухова, д. 3/1

№ лота	Торговое наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма	Ценовые предложения потенциальных поставщиков		Итоги (победитель)
							ИП «Изимов Ролан»	ТОО «Asian CS»	
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	<p>Назначение прибора исследования среднего уха</p> <p>Тип прибора Портативный</p> <p>Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц не менее 100 дБ</p> <p>Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе не более 0,35 мкВ</p> <p>Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ не менее 12</p> <p>Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц</p>	компл лект	1	3700800,00	3700800,00	3699000,00	3698300,00	ТОО «Asian CS»

	<p>Уровень звукового давления зондирующего сигнала не более 90 дБ УЗД</p> <p>Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл</p> <p>Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа</p> <p>Возможность обработки результатов пробы на компьютере</p> <p>Наличие ЖК-дисплей с поддержкой касания</p> <p>Наличие</p> <p>Время автономной работы Не менее 8 часов</p> <p>Питание Li-Ion аккумулятор</p> <p>Комплект поставки</p> <p>Электронный блок прибора 1 шт.</p> <p>Память Micro SD 1 шт.</p> <p>Блок питания БПМ-9 1 шт.</p> <p>Адаптер USB-Bluetooth 1 шт.</p> <p>Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) 1 шт.</p> <p>Зонд для регистрации отоакустической эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) 1 шт.</p> <p>Съемный наконечник зонда 3 шт.</p> <p>Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) 1 комп.</p> <p>Съемник наконечника зонда</p> <p>Наличие</p> <p>Тестовая полость</p> <p>Наличие</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1 шт.</p> <p>Руководство по эксплуатации "Аудио-СМАРТ" 1 шт.</p> <p>Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" 1 шт.</p> <p>Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером Наличие</p> <p>Сумка для переноски Наличие</p> <p>Ложемент Наличие</p> <p>Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" 1 шт.</p> <p>Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1 шт.</p> <p>Дополнительные условия шт.</p> <p>Инструктаж медицинского персонала Наличие</p> <p>Регистрационное удостоверение Наличие</p> <p>Класс потенциального риска 2а</p> <p>Автоматический анализ результатов есть</p> <p>Индикация качества установки зонда есть</p> <p>Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании Не менее 10000</p> <p>Время работы прибора при использовании аккумулятора Не менее 10 часов</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Дисплей Цветной 4,3" с разрешением 272×480 Связь с компьютером Bluetooth Напряжение питания от внешнего блока питания 9 В Рабочие части тип ВФ Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры электронного блока (197×84×26) ± 2 мм Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг;</p> <p>Комплект ПК: Системный блок, монитор, принтер, УПС, клавиатура, мышь</p> <p>Персональный компьютер, удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше</li><li>● Оперативная память: рекомендуется 2 Гб</li><li>● Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 x 1024 и выше</li><li>● Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения обследований.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>● 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера</li><li>● наличие CD-ROM.</li><li>● Мощность UPS не менее 600 VA</li></ul> <p>Гарантия 37 месяцев</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

6. Дата и время представления ценовых предложений:

1. ТОО «Asian CS» 13.12.2021г. 11:00
2. ИП Изимов Ролан 13.12.2021г 14:50

7. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор и общая сумма договора.

1) ТОО «Asian CS» г. Алматы, ул. Тургут Озала 237, тел 701 888 67 21

Общая сумма договора 3698 300,00 (Три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч триста) тенге 00 тиын - по лоту №1

8. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали

10. Победителям, предоставить заказчику (организатору) закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно пункта 102 Главы 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП и системе ОСМС, фармацевтических услуг утвержденном Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача

 Умбетова К.Б.

Члены комиссии:

Заведующая отделением терапии

 Мелс С.


Заведующая отделением педиатрии

 Сейтказина Г.С.

Заведующая отделением женской консультации

 Утеулина Г.М.

Главная медсестра

 Акылбаева К.М.