

Объявление №2
о проведение закупа лекарственных средств, медицинских изделий и
специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом «Запроса
ценовых предложений», согласно Постановления Правительства Республики
Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

дата 07.12.2021г.

- 1) **Наименование и адрес Заказчика:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» Управления общественного здоровья города Алматы, г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1
- 2) **Место, сроки и условия поставки:** КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» Управления общественного здоровья города Алматы, г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, по заявке Заказчика
- 3) **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, четвертый этаж, кабинет 428, 14.12.2021г., до 09:00 ч.
- 4) **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 14.12.2021г., в 10:00ч. г. Алматы, ул. Земнухова, 3/1, четвертый этаж, 427 кабинет

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	<p>Назначение прибора исследование среднего уха</p> <p>Тип прибора Портативный</p> <p>Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц не менее 100 дБ</p> <p>Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе не более 0,35 мкВ</p> <p>Максимальное количество измеряемых частот по методике ЭЧПИ не менее 12</p> <p>Зондирующий сигнал форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц</p> <p>Уровень звукового давления зондирующего сигнала не более 90 дБ</p> <p>УЗД</p> <p>Диапазон измеряемого эквивалентного объема от 0,2 до 8,0 мл</p> <p>Диапазон изменения относительного давления от минус 600 до плюс 400 даПа</p> <p>Возможность обработки результатов пробы на компьютере Наличие</p> <p>ЖК-дисплей с поддержкой касания Наличие</p> <p>Время автономной работы Не менее 8 часов</p> <p>Питание Li-Ion аккумулятор</p> <p>Комплект поставки</p> <p>Электронный блок прибора 1 шт.</p> <p>Память Micro SD 1 шт.</p> <p>Блок питания БПМ-9 1 шт.</p>	комплект	1	3700 800,00	3 700 800,00

Адаптер USB-Bluetooth 1 шт.
 Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в.
 прямой (чёрный) 1 шт.
 Зонд для регистрации отоакустической
 эмиссии ОАЭ-04-2 (разъем Binder) 1
 шт.

Съёмный наконечник зонда 3 шт.
 Комплект вкладышей ушных «детский»
 (диаметром от 3 до 12 мм) 1 комп.
 Съёмник наконечника зонда Наличие
 Тестовая полость Наличие
 Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1
 шт.

Руководство по эксплуатации "Аудио-
 СМАРТ" 1 шт.
 Методические указания "Зонды ОАЭ-02,
 ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин".
 Дезинфекция, предстерилизационная
 очистка, стерилизация" 1 шт.
 Программное обеспечение для обмена
 данными с персональным компьютером
 Наличие

Сумка для переноски Наличие
 Ложемент Наличие
 Лицензия на использование программы для
 ЭВМ "Аудио-СМАРТ" 1 шт.
 Лицензия на использование программы для
 ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1
 шт.

Дополнительные условия
 Инструктаж медицинского персонала
 Наличие

Регистрационное удостоверение Наличие
 Класс потенциального риска 2а
 Автоматический анализ результатов
 есть
 Индикация качества установки зонда
 есть
 Число обследований, сохраняемых в
 памяти прибора при исследовании
 Не менее 10000
 Время работы прибора при использовании
 аккумулятора Не менее 10 часов
 Дисплей Цветной 4,3" с
 разрешением 272×480
 Связь с компьютером Bluetooth
 Напряжение питания от внешнего блока
 питания 9 В
 Рабочие части тип ВФ
 Класс защиты от поражения электрическим
 током I
 Габаритные размеры электронного блока
 (197×84×26) ± 2 мм
 Масса прибора и составных частей не
 более: блок электронный - 0,44 кг;

Комплект ПК: Системный блок, монитор,
 принтер, УПС, клавиатура, мышь

Персональный компьютер,
 удовлетворяющий стандартным
 требованиям установленной операционной
 системы:

- Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше

- Оперативная память: рекомендуется 2 Гб
 - Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 x 1024 и выше
 - Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения обследований.
 - 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера
 - наличие CD-ROM.
 - Мощность UPS не менее 600 VA
- Гарантия 37 месяцев

Итого

3 700 800,00

Главный врач



Маякова Г.К.